

ООО «СНИИП-АУНИС»



ДОЗИМЕТР-РАДИОМЕТР МКС-01СА1

в водозащищённом исполнении

Руководство по эксплуатации
СНЖА.412152.001-02 РЭ



Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №33063-08. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.38.002.A №31090. Действительно до 08.04.2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА	4
1.1 Назначение и область применения.....	4
1.2 Технические характеристики.....	6
1.3 Метод измерения.....	8
1.4 Общие сведения о конструкции.....	8
2 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.....	16
2.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности.....	16
2.2 Подготовка прибора к работе.....	16
2.3 Измерение мощности дозы.....	17
2.4 Измерение дозы.....	17
2.5 Измерение плотности потока бета – частиц от поверхностей.....	18
2.6 Оценка плотности потока альфа – частиц от поверхностей.....	18
2.7 Работа прибора с персональным компьютером (ПК).....	19
2.8 Поиск источников радиоактивных излучений, предметов и объектов, загрязненных радиоактивными нуклидами.....	22
2.9 Исследование и контроль предметов или проб, загрязненных радионуклидами.....	23
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	24
3.1 Меры безопасности.....	24
3.2 Порядок технического обслуживания.....	24
4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.....	26
4.1 Операции поверки.....	26
4.2 Средства поверки.....	27
4.3 Условия поверки и подготовка к ней.....	27
4.4 Требования безопасности.....	27
4.5 Проведение поверки.....	28
4.6 Определение допустимой основной относительной погрешности.....	29
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАСПОРТИРОВАНИЯ.....	31
5.1 Транспортирование.....	31
5.2 Хранение.....	31
6 ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ.....	32
6.1 Комплектность.....	32
6.2 Сроки службы, хранения и гарантийные обязательства.....	32
6.3 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.....	33
6.4 Утилизация.....	33
6.5 Свидетельство о приемке.....	34
Приложение А. Перечень аккредитованных организаций РФ осуществляющих поверку дозиметрической и радиометрической аппаратуры.....	35

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Дозиметр-радиометр МКС-01СА1 в водозащищённом исполнении СНЖА.412152.001-02 (далее прибор) предназначен для измерения амбиентного эквивалента дозы (далее - дозы), мощности амбиентного эквивалента дозы (далее - мощности дозы), гамма- (рентгеновского) излучения, плотности потока бета- частиц, а также для индикации плотности потока альфа- частиц и потока ионизирующих частиц.

При выпуске прибор градуируется в единицах амбиентного эквивалента дозы по излучению ^{137}Cs .

В таблице 1 представлены типовые множители, позволяющие перейти от измеренных значений амбиентной дозы и мощности амбиентной дозы к расчётным значениям эффективной дозы в передне - задней геометрии по НРБ- 99/2009 «Нормы радиационной безопасности. СанПиН 2.6.1.2523-09», а также экспозиционной дозы фотонного излучения.

Таблица 1

Типовые множители к показаниям прибора для излучения радионуклидов

Измеряемая доза	Единицы дозы	^{241}Am	^{137}Cs	^{60}Co
Амбиентная	мкЗв	1	1	1
Эффективная в передней- задней геометрии по НРБ-99/2009	мкЗв	0,75	0,84	0,85
Экспозиционная	мкР	65,6	94,9	97,1

Примечание: множители для ^{241}Am , ^{137}Cs и ^{60}Co приведены для прибора без учёта энергетической зависимости чувствительности.

1.1.2 Прибор позволяет осуществлять оперативный поиск загрязнённых предметов или источников радиоактивных излучений, а также контролировать среду обитания человека (радиационную безопасность рабочих мест, жилища, местности; оценку радиоактивной загрязнённости реальных объектов, материалов и проб, в т.ч. денежных знаков и их упаковок).

Прибор может быть использован в качестве:

- индивидуального прямопоказывающего измерителя дозы, мощности дозы гамма - (рентгеновского) излучения и плотности потока бета- излучения;
- поискового измерителя мощности дозы гамма - и рентгеновского излучений для оперативной оценки радиационной обстановки.

1.1.3 Программное обеспечение прибора позволяет осуществлять:

- измерение радиационного фона по специальному алгоритму;
- установку и изменение порогов звуковой сигнализации по дозе, мощности дозы, плотности потока бета- частиц и потока ионизирующих частиц;
- установку интервалов записей в журнал (во внутреннюю память прибора для последующего считывания истории измерений персональным компьютером (далее ПК))
- запоминание накопленной дозы и времени экспонирования в энергонезависимой памяти (при выключении питания или при замене элемента питания) на срок более 5 лет;
- автоматическую запись измерений в журнал прибора. Емкость журнала составляет 2 000 записей. Просмотр записей осуществляется с использованием персонального компьютера;
- индикацию и речевое сообщение о разряде элементов питания.

Прибор имеет два органа управления – кнопку включения/выключения питания «ВКЛ/ВЫКЛ» и кнопку «МЕНЮ» для выбора и установки режимов работы прибора.

1.1.4 Информация выводится на графический жидкокристаллический дисплей.

В приборе применен непрерывный режим измерения и представление на дисплее усредненного значения измеряемой величины с ежесекундной сменой показаний, что удобно при оперативном контроле. В неизменном (стационарном) поле ионизирующего излучения показания прибора с течением времени непрерывно усредняются и уточняются. Одновременно с этим уменьшается значение статистической погрешности от $\pm 99\%$ до $\pm 1\%$. В режиме измерения мощности дозы звуковая сигнализация прибора автоматически включается для предупреждения оператора об опасности переоблучения, при работе с радиоактивной продукцией или в зоне радиоактивного загрязнения.

1.1.5 Настройки прибора обеспечивают:

- вывод речевых сообщений о включении и выключении прибора;
- вывод речевых сообщений о превышении пределов измерения мощности дозы, плотности потока бета- или альфа- частиц;
- включение/выключение звуковых сигналов («щелчков»), соответствующих каждому акту регистрации счетчиком ионизирующих частиц;
- включение звуковых сигналов о превышении установленных порогов измерения мощности дозы, плотности потока бета- или альфа- частиц.
- установку временных интервалов записи результатов измерений в журнал (1 мин, 5 мин, 30 мин или выключено);

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Прибор имеет технические характеристики, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Диапазон измерений дозы, мЗв	от 0,001 до $1 \cdot 10^3$
Диапазон измерений мощности дозы, мкЗв/ч	от 0,1 до $1 \cdot 10^4$
Диапазон энергий фотонов, МэВ	от 0,05 до 3,0
Диапазон измерений плотности потока бета- частиц (по $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$), $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$	от 5 до $3 \cdot 10^4$
Нижний предел энергии регистрируемого бета- излучения (по средней энергии бета- спектра ^{14}C), МэВ, не более	0,05
Предел допустимой основной относительной погрешности для доверительной вероятности 0,95, во всех режимах измерения, %	± 25
Диапазон индикации плотности потока альфа- частиц (по ^{239}Pu), $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$	от 10 до $3 \cdot 10^4$
Диапазон индикации потока ионизирующих частиц (по $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$), мин^{-1}	от 10 до $3 \cdot 10^4$
Уровень собственного фона: - в режиме «ГАММА», мкЗв/ч, не более - в режиме «БЕТА», $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$, не более	0,05 6,00
Время установления рабочего режима, мин, не более	1
Время непрерывной работы (при проведении измерений на уровне естественного радиационного фона), не менее, ч: - от двух элементов типа АА «DURACELL»	400

- от сети 220 В 50 Гц (через адаптер напряжения)	Не ограничено
Время измерения мощности дозы, с, не более: - при фоне менее 0,15 мкЗв/ч - при фоне более 1 мкЗв/ч	120 5
Диапазон установки порогов мощности дозы, мкЗв/час (с шагом 0,1 мкЗв/ч)	от 0,1 до $1 \cdot 10^4$
Диапазон установки порогов дозы, мЗв (с шагом 0,001 мЗв)	от 0,001-до $1 \cdot 10^3$
Диапазон установки порогов плотности потока бета- и альфа- частиц, $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$, (с шагом $1,0 \text{ мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)	от 5 до $3 \cdot 10^4$
Диапазон установки порогов потока ионизирующих частиц, мин^{-1} , (с шагом $1,0 \text{ мин}^{-1}$)	от 5 до $3 \cdot 10^4$
Интервалы речевого вывода результата измерений мощности дозы, с	Автоматический, с интервалами 30, 60 или 120с Однократный, в любой момент времени
Звуковая сигнализация при превышении установленного порога мощности дозы и плотности потока альфа-, бета- частиц	Прерывистый сигнал с интервалом 1 с
Речевые сообщения: - при включении прибора - при выключении прибора - при превышении предела измерения мощности дозы, плотности потока альфа- или бета- частиц - при превышении установленного порога дозы	«прибор готов к работе» «прибор выключен» «результат выше предела измерения» «превышение порога дозы»
Интервалы записей в журнал, мин	1; 5; 30 или ВЫКЛ
Емкость журнала, количество записей	2 000
Язык вывода информации на дисплей	Русский/английский
Степень защиты корпуса в соответствии с ГОСТ 14254-96	IP X4 (защита от сплошного обрызгивания)
Условия эксплуатации: - температура - влажность при 30 °С	от минус 20 до +50 °С до 75 %
Габаритные размеры, мм	123×70×30
Масса, г, не более	225

1.3 Метод измерения

1.3.1 В приборе в качестве детектора излучения применен торцевой газоразрядный счетчик «БЕТА-1» с тонким входным окном. Поток фотонов преобразуется детектором в последовательность электрических сигналов. Эти сигналы формируются по длительности и амплитуде, а затем обрабатываются микропроцессором, который обеспечивает представление результатов измерений на дисплее прибора.

На дисплее показания меняются автоматически с усреднением микропроцессором результатов измерений. При этом каждый следующий результат обрабатывается микропроцессором и на дисплее отображается текущее значение результата измерения, и статистическая погрешность измерения в данный момент времени.

1.4 Общие сведения о конструкции

1.4.1 Общий вид прибора представлен на Рис 1.




Рис. 1. Общий вид прибора MKC-01CA1

1 - кнопка включения/выключения питания «ВКЛ/ВЫКЛ»; 2 - кнопка выбора режимов работы «МЕНЮ»; 3 - жидкокристаллический дисплей; 4 - динамик; 5 - разъем mini USB для подключения к ПК или сетевому адаптеру с силиконовой заглушкой; 6 - знак «+» - центр чувствительного окна детектора «БЕТА-1» на крышке компенсирующего экрана; 7 - крышка батарейного отсека.



Рис. 2. Вид прибора MKC-01CA1 со снятыми крышками экрана детектора и батарейного отсека

1 - чувствительное окно детектора «БЕТА-1»; 2 - батарейный отсек; 3 - крышка экрана детектора; 4 - крышка батарейного отсека.

1.4.2 Индикация и сигнализация прибора

1.4.2.1 Пример отображаемой на дисплее информации представлен на Рис. 3




Рис.3. Пример отображаемой на дисплее информации

- 1 - измеряемая физическая величина (определяемая режимом работы);
- 2 - текущее значение статистической погрешности измеряемой величины;
- 3 - индикатор интенсивности излучения – мигающий символ «*»;
- 4 - индикатор разряда элементов питания;
- 5 - текущее значение измеряемой величины;
- 6 - аналоговая шкала;
- 7 - единицы измерения (русская версия) :
 - мкЗв/ч - микрозиверт в час;
 - мЗв/ч - миллизиверт в час;
 - мин⁻¹см⁻² - минута в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;
 - мин⁻¹ - минута в минус первой степени;
 - мкЗв - микрозиверт;
 - мЗв - миллизиверт;
 - Зв - Зиверт;

Информация выводится на дисплей на языке, выбранном пользователем (русском или английском).

1.4.2.2 Сигнализация превышения установленного порога мощности дозы, плотности потока бета- частиц или потока ионизирующих частиц – прерывистый звуковой сигнал с паузой 1.

1.4.2.3 Сигнализация превышения установленного порога дозы - периодическое, с заданным интервалом, речевое сообщение «**ПРЕВЫШЕНИЕ ПОРОГА ДОЗЫ**».

1.4.2.4 Сигнализация перегрузки - при превышении верхнего предела измерения мощности дозы - речевое сообщение «**РЕЗУЛЬТАТ ВЫШЕ ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ**».

1.4.2.5 Индикация разряда элемента питания - при разряде элементов питания до 1,6 В на дисплее появляется символ «□».

1.4.2.6 Подсветка дисплея включается автоматически при нажатии на любую кнопку прибора. Длительность подсветки 30 с.

При выключенной подсветке, каждое переключение режимов работы осуществляется однократным кратковременным нажатием кнопки «**МЕНЮ**».

1.4.3 Режимы работы прибора

1.4.3.1 Включение прибора осуществляется путем кратковременного нажатия (не более 0,5 с) кнопки «**ВКЛ/ВЫКЛ**».

1.4.3.2 Выключение прибора осуществляется длительным нажатием (более 2 с) кнопки «**ВКЛ/ВЫКЛ**».

1.4.3.3 Выбор режимов работы прибора осуществляется кратковременным нажатием (менее 1 с) кнопки «**МЕНЮ**». Режимы меняются циклически по кругу, согласно схеме, представленной на Рис. 4 (русская версия).




Рис. 4 - Схема переключения режимов работы прибора
 1 - «ГАММА» - измерение мощности дозы;
 2 - «БЕТА» - измерение плотности потока бета- частиц;
 3 - «АЛЬФА» - измерение плотности потока альфа- частиц;
 4 - «ДОЗА» - измерение интегральной дозы;
 5 - «ПОИСК» - поиск и локализация источников радиоактивного излучения (по интенсивности счёта ионизирующих частиц).

1.4.4 Редактирование установок сигнализации

1.4.4.1 Вход в режим установок выполняется следующим образом.

Включите прибор.

После включения прибор первоначально включается в режим измерения мощности дозы (на дисплее высвечивается «ГАММА»).

Вход в режим установок осуществляется длительным нажатием (более 2 с) кнопки «МЕНЮ» при работе прибора в любом режиме измерений. На дисплее прибора включится текст «ГОЛОС».

Кратковременными нажатиями кнопки «МЕНЮ» выбрать необходимый параметр из перечня представленного на Рис. 5.



Рис. 5. Схема переключения установок сигнализаций (русская версия)

Выход из режима установок осуществляется длительным (более 2 с) нажатием кнопки «МЕНЮ», при этом, прибор возвращается в предварительно выбранный режим измерения.

1.4.4.2 Выбор режима речевого интервала озвучивания результата измерения мощности дозы производится краткими, последовательными нажатиями кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» из ряда: «ГОЛОС 30 сек»; «ГОЛОС 60 сек»; «ГОЛОС 120 сек», где цифрами обозначены интервалы периодических включений речевого сопровождения. «ГОЛОС ВЫКЛ» - звуковое сопровождение выключено.

Переход к следующему параметру осуществляется кратким нажатием кнопки «МЕНЮ».

1.4.4.3 Включение звуковой сигнализации интенсивности излучения «ЩЕЛЧКИ».

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выбрать режим включения/выключения звуковой сигнализации интенсивности излучения «ЩЕЛЧКИ ...». Последовательно нажимая кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» выбрать режим включения или выключения звуковой сигнализации «ЩЕЛЧКИ».

Переход к следующему параметру осуществляется кратким нажатием кнопки «МЕНЮ».

1.4.4.4 Установка режима подсветки дисплея выполняется следующим образом.

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» войти в режим установки режима подсветки «ПОДСВЕТКА ...». Установка режима подсветки производится последовательным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» из ряда: «ПОДСВЕТКА ВКЛ» или «ПОДСВЕТКА ВЫКЛ».

Переход к следующему параметру осуществляется кратким нажатием кнопки «МЕНЮ».

1.4.4.5 Установка интервалов записей в журнал (во внутреннюю память прибора для последующего считывания истории измерений ПК) выполняется следующим образом.

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» войти в режим установки интервалов записи в журнал «ЖУРНАЛ ...». Установка временных интервалов записи в журнал производится последовательным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» из ряда: «ЖУРНАЛ ВЫКЛ»; «ЖУРНАЛ 1 мин»; «ЖУРНАЛ 5 мин»; «ЖУРНАЛ 30 мин», где цифрами указаны интервалы времени периодической записи истории текущих измерений с фиксацией реальной даты, времени и статистической погрешности измерений. Ёмкость журнала 2 000 отчётов.

1.4.4.6 Удаление (сброс) записей из журнала выполняется следующим образом.

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выбрать режим «СБРОС ЖУРНАЛА». Стирание записей из журнала осуществляется однократным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ». Сохранение записей в журнале и переход в следующий режим осуществляется кратким нажатием кнопки «МЕНЮ».

1.4.4.7 Стирание измеренной интегральной дозы выполняется следующим образом.

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выбрать режим «СБРОС ДОЗЫ». Стирание дозы осуществляется однократным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ». Сохранение измеренной дозы и переход в следующий режим осуществляется кратким нажатием кнопки «МЕНЮ».

1.4.4.8 Установка (корректировка) текущей даты и времени выполняется следующим образом.

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выбрать режим «ДАТА ВРЕМЯ». Установка текущей даты и времени осуществляется кнопками «МЕНЮ» и «ВКЛ/ВЫКЛ». Первое короткое нажатие кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» соответствует команде “выделить”. Повторным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» осуществляют изменение текущего выделенного параметра на одну единицу (один шаг) в сторону увеличения параметра. Короткое нажатие кнопки «МЕНЮ» соответствует перемещению курсора на один шаг и означает “выделить”, “сдвинуть курсор вправо”. Установленные параметры сохраняются в приборе независимо от режимов работы прибора и подлежат корректировке только в случае замены элементов питания.

ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ ПРИБОРА БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ, ТОЛЬКО ОТ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДАТА И ВРЕМЯ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ОТ СЕТИ И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ.

1.4.4.9 Переключение языка диалога на дисплее (русский/английский) выполняется следующим образом.

Войти в режим установок (п. 1.4.4.1). Последовательным нажатием кнопки «МЕНЮ» выбрать режим переключения языка диалога на дисплее «ЯЗЫК». Последовательно нажимая кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» выбрать режим языка диалога на дисплее русский или английский.

Выход из режима установок осуществляется в соответствии с (п. 1.4.4.1).

1.4.4.10 Установка порогов сигнализации выполняется следующим образом.

Установка порогов сигнализации в любом режиме измерения производится одинаково

(идентично). Включить прибор. Краткими нажатиями кнопки «МЕНЮ» выбрать необходимый режим измерений для установки в нём необходимого значения порога измерения – «ГАММА», «БЕТА», «АЛЬФА», «ПОИСК» или «ДОЗА».

Однократным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» (при включённой подсветке дисплея) или двукратным нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ» (при выключенной подсветке дисплея) войти в режим установки порога измерений, при этом на дисплее включится наименование выбранного режима измерений и символ «...ПРГ ХХХХ», число и единицу измерения измеряемой величины, установленные заводом-изготовителем.

Первое короткое нажатие кнопки «МЕНЮ» соответствует команде “выделить” и выделяет старшую значащую цифру. Изменение выделенной цифры на одну единицу (один шаг) в сторону увеличения осуществляется коротким нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ». Дальнейшее перемещение курсора осуществляют короткими нажатиями кнопки «МЕНЮ». Изменение единицы измерения измеряемой величины осуществляют, аналогично, кнопкой «ВКЛ/ВЫКЛ». После редактирования последнего элемента, происходит возврат в режим индикации установленного порога. Выход из режима индикации порога осуществляется коротким нажатием кнопки «ВКЛ/ВЫКЛ». Установленные параметры пороговых значений сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

2.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

2.1.1 Для предупреждения попадания под высокое напряжение питания детектора и выхода из строя элементов схемы недопустимо вскрытие опломбированного отсека прибора.

2.1.2 Содержите в чистоте отсек питания и контакты подключения источников питания.

2.1.3 Проводите своевременную замену разряженных источников питания.

2.1.4 При попадании радиоактивных веществ на корпус прибора могут повыситься его фоновые показания. Убедитесь в этом, измерив, фоновые показания прибора в другом месте или помещении.

2.1.5 По классу защиты человека от поражения электрическим током прибор относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2 Подготовка прибора к работе

2.2.1 Подготовка прибора к работе со сменными элементами питания:

- открутите 4 винта крышки отсека питания (см. Рис. 1);
- снимите крышку отсека питания;
- установите, соблюдая полярность, элементы питания;
- установите на свое место крышку отсека питания;
- закрутите 4 винта крышки отсека питания.

2.2.2 Подготовка прибора к работе от сети переменного тока:

- извлеките силиконовую заглушку USB разъема, расположенную в верхнем торце прибора (см. Рис. 1);
- подключите выходной разъём сетевого адаптера к разъёму mini USB;
- включите сетевую вилку адаптера в розетку сетевого питания напряжением ~ 220 В.

2.2.3 Подготовка прибора к работе с ПК:

- извлеките силиконовую заглушку USB разъема, расположенную в верхнем торце прибора (см. Рис. 1);
- соедините кабелем USB прибор и - порт ПК.

2.3 Измерение мощности дозы

2.3.1 Для измерения мощности дозы фонового излучения в помещении или на открытой местности:

- включите питание прибора (однократно нажмите и отпустите кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**»). После включения прибор первоначально устанавливается в режим измерения мощности дозы (на дисплее высвечивается «**ГАММА**»);

- расположите прибор на расстоянии не менее 1 м от поверхности пола (земли) и любых окружающих предметов;

- через (2-3) с на дисплее высветится первое усредненное значение мощности дозы естественного радиационного фона и первое значение статистической погрешности, примерно ± 90 %;

- для определения мощности дозы необходимо зафиксировать показания дисплея при достижении статистической погрешности величины, менее ± 20 %;

- следует помнить, что каждое резкое изменение положения прибора и/или резкое изменение интенсивности излучения сопровождается сбросом накопленной информации (обнулением) и процесс измерения мощности дозы начинается заново.

Пересчет измеренного значения мощности амбиентной дозы в мощность эффективной или экспозиционной дозы осуществляйте с использованием типовых множителей представленных в таблице 1.

2.4 Измерение дозы

2.4.1 Включите питание прибора (однократно нажмите и отпустите кнопку «**ВКЛ/ВЫКЛ**»). Прибор измеряет интегральную дозу излучения с момента включения прибора в режимах «**ГАММА**» или «**ДОЗА**». Дисплей прибора в режиме «**ДОЗА**» показывает суммарное время измерения дозы в часах и минутах «**ДОЗА XX XX**» и значение накопленной дозы в цифровом формате четырех значащих цифр с плавающей запятой с указанием единицы измерения: «**X,XXX mSv**». Прибор сохраняет значение накопленной дозы и времени экспонирования при его выключении (или при отсутствии элемента питания) в энергонезависимой памяти более 5 лет.

Пересчет измеренного значения амбиентной дозы в эффективную или экспозиционную дозы осуществляйте с использованием переходных коэффициентов представленных в таблице 1.

2.5 Измерение плотности потока бета- частиц от поверхностей

2.5.1 Измерение плотности потока бета- частиц от исследуемой поверхности прибором проводите в следующей последовательности:

- откройте рабочую поверхность детектора, открутив 4 винта компенсирующего экрана (см. Рис. 1);

- включите прибор и кнопкой «**МЕНЮ**» установите режим «**БЕТА**»;

- поместите детектор прибора непосредственно над исследуемой поверхностью на расстоянии (3-5) мм. При достижении статистической погрешности менее ± 20 % зафиксируйте среднее показание дисплея $\Phi_{\beta+\text{ф}}$, в минутах в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;

- закройте рабочую поверхность детектора, закрутив 4 винта компенсирующего экрана (см. Рис. 1). Поместите детектор прибора непосредственно над исследуемой поверхностью на расстоянии (3-5) мм;

- при достижении статистической погрешности менее открутив 4 винта компенсирующего экрана ± 20 %, зафиксируйте среднее фоновое показание дисплея $\Phi_{\text{ф}}$, в минутах в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;

- вычислите плотность потока бета- частиц Φ_{β} , $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$, по формуле

$$\Phi_{\beta} = \Phi_{\beta+\phi} - \Phi_{\phi} \quad (1)$$

2.6 Оценка плотности потока альфа- частиц от поверхностей

2.6.1 Оценку плотности потока альфа- частиц от исследуемой поверхности проводите в следующей последовательности:

- откройте рабочую поверхность детектора, открутив 4 винта компенсирующего экрана (см. Рис. 1);

- включите прибор и кнопкой «МЕНЮ» установите режим «АЛЬФА»;

- разместите прибор тыльной стороной непосредственно над исследуемой поверхностью, так чтобы расстояние между детектором и контролируемой поверхностью было минимальным, не более (1-2) мм;

- при достижении статистической погрешности менее $\pm 20\%$ зафиксируйте показание дисплея $\Phi_{\alpha+\phi}$, в минутах в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;

- накройте исследуемую поверхность тонким листом писчей бумаги, например, листом бумаги, используемым для печати на лазерных или струйных принтерах;

- повторите операцию измерения, разместив детектор прибора непосредственно над исследуемой поверхностью в той же геометрии, как и при оценке $\Phi_{\alpha+\phi}$. При достижении статистической погрешности менее $\pm 20\%$, зафиксируйте среднее показание дисплея Φ_{ϕ} , в минутах в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;

- вычислите плотность потока альфа- частиц с загрязнённой поверхности Φ_{α} , $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$

$$\Phi_{\alpha} = \Phi_{\alpha+\phi} - \Phi_{\phi} \quad (2)$$

2.7 Работа с прибора с персональным компьютером (ПК)

2.7.1 Подключение прибора к ПК

2.7.1.1 Подключите прибор к ПК в следующей последовательности:

- соедините прибор с ПК при помощи USB кабеля;

- включите прибор по п. 1.4.3.1;

- через несколько секунд после включения прибора система ПК (**ОС Windows XP и выше**) обнаружит его подключение. В разделе «Мой компьютер» появится новый съемный диск. На экране ПК отобразится окно (см. Рис. 6)




Рис. 6 - Окно монитора с отображением содержания съёмного диска

2.7.2 Работа с программой Control

2.7.2.1 Запустите программу Control.exe (Расширение файла может не отображаться и зависит от настроек ПК). Это может занять несколько секунд.

На экране отобразится пользовательское меню программы (см. Рис. 7).




Рис. 7. Пользовательское меню программы

1 – Окно установки времени; 2 – Окно установки даты; 3 – Кнопка автоматической установки даты и времени от ПК; 4 – Кнопка выбора режима работы прибора; 5 – Результат измерений; 6 – Статистическая погрешность измеряемой величины, в процентах; 7 – Единица измерений; 8 – Аналоговая шкала (шкала прогресс бара); 9 – Установленный порог сигнализации; 10 – Автоматическое вычитание фона с указанием величины вычитаемого значения; 11 – Кнопка выбора интервалов времени речевого озвучивания результатов измерения; 12 – Кнопка включения/выключения «Щелчков»; 13 – Кнопка включения/выключения подсветки дисплея прибора; 14 – Кнопка одноразовой ежесекундной записи результатов измерения в «Журнал» прибора; 15 – Кнопка удаления всех записей из «Журнала»; 16 – Количество записей в «Журнале»; 17 – Кнопка выбора интервалов времени автоматической записи результатов в «Журнал»; 18 – Кнопка завершения работы с программой Control.exe.

2.7.2.2 Установите дату и время на приборе. Это можно сделать как вручную, так и автоматически нажав кнопку 3 (Рис. 6) «Установить время и дату от ПК». При этом время и дата, установленные на ПК будут установлены в приборе.

2.7.2.3 Выберите необходимый режим измерения («ГАММА», «ДОЗА», «АЛЬФА», «БЕТА» или «ПОИСК»), нажав кнопку 4 (Рис. 6).

2.7.2.4 Для автоматического вычитания фона поставьте галочку в окне 10 (рис. 6). При этом вычитаемое значение будет отображено в окне рядом с галочкой, а измеряемая величина в окне 5 (Рис. 6) станет, равна нулю.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для корректного измерения фона, разместите прибор на расстоянии 1 метра от поверхности пола и стен. Экспонируйте прибор до достижения статистической погрешности, не более 10%.

2.7.2.5 Установите необходимый порог сигнализации для выбранного режима измерения в окне 9 (Рис. 6) и нажмите Enter. При этом под аналоговой шкалой справа появится тоже значение, что и в окне 9.

ВНИМАНИЕ! ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫЧЕТАНИИ ФОНА, ПОРОГ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕ МЕНЯЕТСЯ.

2.7.2.6 Установите кнопкой 11 (Рис 6) необходимый интервал периодичности речевого озвучивания результатов измерения (30; 60 или 120 с).

ПРИМЕЧАНИЕ! Речевое озвучивание результатов измерения осуществляется только в режиме измерений «ГАММА».

2.7.2.7 Для включения звуковых сигналов - «щелчков», а также подсветки дисплея поставьте галочку в окне 12 и 13, соответственно (Рис 6).

2.7.2.8 Установите кнопкой 17 (Рис 6) необходимый интервал (1; 5 или 30 мин) периодичности автоматической записи результатов измерений в журнал прибора.

2.7.2.9 Дополнительная, однократная запись результата измерения в журнал прибора осуществляется кнопкой 14 (Рис 6).

2.7.2.10 В случае достижения максимального количества записей в журнале измерений (2000 записей), очистите журнал кнопкой 15 (Рис 6). При нажатии кнопки «Очистить журнал» появится контрольный запрос на удаление записей «Очистить журнал?». В случае подтверждения, все записи будут удалены.

ВНИМАНИЕ! Удаленные записи восстановлению не подлежат. При необходимости, предварительно скопируйте данные в память компьютера.

2.7.2.11 Окно 15 (Рис 6) отображает текущее количество записей в журнале прибора.


2.7.2.12 Для завершения работы с программой Control.exe нажмите кнопку 18 (Рис 6).

При нажатии кнопки «Выход» программа завершает свою работу на ПК, а параметры, установленные в пользовательском меню, сохраняются в приборе.

ВНИМАНИЕ! ДО НАЖАТИЯ КНОПКИ «ВЫХОД» ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ХРАНЯТСЯ В ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ПК. ЕСЛИ ПИТАНИЕ ПРИБОРА БУДЕТ ВЫКЛЮЧЕНО ДО НАЖАТИЯ КНОПКИ «ВЫХОД», ТО ПАРАМЕТРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ МЕНЮ, НЕ БУДУТ СОХРАНЕНЫ.

2.7.3 Просмотр записей занесённых в журнал

2.7.3.1 Откройте файл DIARY.HTM при помощи программы EXCEL или любого Интернет-браузера (этот файл доступен только для чтения). На дисплее ПК отобразится таблица, где каждая строка представляет собой одну запись журнала (см. Рис. 8).



	A	B	C	D	E	F	G
1	NN	Дата	Время	Доза, мкЗв	Режим	Величина	Стат. погрешность, %
2	1	11.09.2009	15:15	0.008	Гамма, (мкЗв/ч)	0.12	5
3	2	11.09.2009	15:45	0.008	Гамма, (мкЗв/ч)	0.11	4
4	3	11.09.2009	16:15	0.008	Гамма, (мкЗв/ч)	0.11	3
5	4	11.09.2009	16:45	0.008	Гамма, (мкЗв/ч)	0.11	3
6	5	11.09.2009	17:15	0.008	Гамма, (мкЗв/ч)	0.11	2
7	6	11.09.2009	17:45	0.008	Гамма, (мкЗв/ч)	0.11	2

Рис. 8. Фрагмент журнала

2.7.3.2 Обработка результатов зафиксированных в журнале проводится в соответствии с регламентом предприятия.

2.7.4 Завершение работы прибора с ПК

2.7.4.1 Выключите питание прибора (см. п. 1.4.3.1)

2.7.4.2 Отсоедините USB кабель от прибора.

2.8 Поиск источников радиоактивных излучений, предметов и объектов, загрязненных радиоактивными нуклидами

2.8.1 Поиск радиоактивных аномалий необходимо проводить после подготовки прибора к работе по п. 2.2 в режиме индикации интенсивности суммарного потока ионизирующих частиц, «**ПОИСК**».

- откройте рабочую поверхность детектора, открутив 4 винта компенсирующего экрана (см. Рис. 1);

- включите прибор и кнопкой «**МЕНЮ**» установите режим «**ПОИСК**»;

- откройте рабочую поверхность детектора, сдвинув экран (см. рисунок 1) в нижнее положение.

Плавнo перемещая прибор вдоль поверхности контролируемого объекта, необходимо располагать его на минимальном расстоянии от обследуемой поверхности.

В случае заметного увеличения показаний прибора в (1,5 – 2) раза и более прекратите перемещение прибора и в течение (30 – 40) с, убедитесь в стойком увеличении показаний прибора.

Затем, перемещая прибор в различных направлениях, определите границы радиоактивного загрязнения и выявите в этих границах предметы, загрязнённые радиоактивными нуклидами.

Измерьте уровень мощности дозы фотонного излучения на интересующем оператором расстоянии от источника излучения, в соответствии с п. 2.3.

2.9 Исследование и контроль предметов или проб, загрязненных радионуклидами

2.9.1 Исследование и контроль предметов или проб больших объемов на загрязнение радионуклидами проводят с целью обнаружения отдельных предметов (например, строительных материалов, денежных билетов и др.) или проб (почвы, сельхозпродукции и др.), загрязненных радионуклидами. Результатом проведения этих работ должна быть сортировка контролируемых предметов или видов продукции в соответствии с принятыми для них нормативными уровнями радиоактивного загрязнения для различных радионуклидов.

Связанные с указанными работами измерения должны учитывать специфику и физические характеристики объектов контроля, а также задачи, возникающие при организации такого контроля. В связи с этим для каждого объекта и вида контроля должны дополнительно разрабатываться методика и/или рекомендации по организации выявления и контроля объектов, загрязненных радионуклидами и их выведения из обращения с последующим захоронением на спецкомбинатах. Эти документы подлежат обязательному согласованию с органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, Федерального агентства по атомной энергии и другими организациями – по необходимости (например, Федерального агентства по сельскому хозяйству и др.).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Меры безопасности

3.1.1 Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

3.1.2 Запрещено вскрытие прибора или проведение ремонтных работ ввиду наличия внутри его высокого напряжения 400 В. Поэтому для проведения ремонтных работ необходимо направлять прибор Изготовителю.

3.1.3 Контрольный источник бета-излучения, входящий в комплект поставки, расположен в полиэтиленовом чехле. Контрольный источник безопасен в работе, т.к. его суммарная активность радионуклидов $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ значительно (примерно в 100 раз) меньше нижней границы регламентации, указанной в таблице приложения П-4 НРБ-99/2009. В соответствии с НРБ-99/2009 такие источники освобождаются от регламентации.

ВНИМАНИЕ! НЕ ОТРЫВАТЬ НАКЛЕЙКУ НА КОНТРОЛЬНОМ ИСТОЧНИКЕ. НЕ НАРУШАТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНОГО ИСТОЧНИКА. ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНТРОЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ОБРАТИТСЯ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА.

3.2 Порядок технического обслуживания

3.2.1 Техническое обслуживание прибора проводится для обеспечения его работоспособности во время эксплуатации и выполняется лицами, работающими с прибором, с учетом мер безопасности по п. 3.1.

3.2.2 Профилактические работы, выполняемые при техническом обслуживании, включают в себя проверку комплектности, осмотр внешнего состояния прибора и проверку его работоспособности.

3.2.3 Проверку комплектности прибора проводят путем определения ее соответствия п. 6.1.

3.2.4 При осмотре внешнего состояния прибора следует убедиться в отсутствии сколов и трещин на корпусе прибора, в четкости надписей у органов управления, а также в целостности защитной сетки и тонкого входного окна детектора.

4 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

ВНИМАНИЕ! ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОВЕРКУ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОВЕРИТЕЛЯ. К ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕРКИ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬСЯ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СБОРКУ, РЕМОНТ, НАЛАДКУ ИЛИ ЮСТИРОВКУ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ВЫПУСКЕ ИХ ИЗ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ РЕМОНТА.

4.1 Операции поверки

4.1.1 Методика устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки.

4.1.2 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции, указанные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование операции	Номер пункта руководства по эксплуатации	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	4.5.1	да	да
2 Опробование	4.5.2	да	да
3 Определение основной относительной погрешности прибора:			

- по гамма- излучению	4.6.3	да	да
- по бета- излучению	4.6.4	да	да
4 Определение собственного фона	4.6.2	да	нет
5 Определение показаний прибора от контрольного источника	4.6.5	да	да

4.2 Средства поверки

4.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в таблице. 4.

Таблица 4

Наименование средства поверки	Условное обозначение	Обозначение стандарта	Примечание
Установка поверочная дозиметрическая гамма излучения	УПГД-1М	ГОСТ 8.081-2000	Рабочий эталон I или II разряда, источник ^{137}Cs
Источник бета- излучения $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$	4СО	ТУ 95.477-83	Рабочий эталон II разряда 4СО133
Контрольный источник $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$	-	-	
Домик свинцовый	-	-	Толщина стенок 100 мм. Внутренние габаритные размеры 200x100x50 мм

Примечание - Допускается применять другие приборы и оборудование с аналогичными параметрами.

4.3 Условия поверки и подготовка к ней

4.3.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия по ГОСТ 27451 - 87, при естественном фоне излучения до 0,25 мкЗв/ч.

При проведении поверки не должно быть посторонних источников ионизирующих излучений, создающих внешний фон, превышающий половину значения естественного фона.

Подготовка поверяемого прибора к работе должна быть проведена в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации на прибор МКС-01СА1 СНЖА.412152.001 -02 РЭ.

4.4 Требования безопасности

4.4.1 Лица, постоянно работающие или временно привлекаемые к поверке прибора, должны быть аттестованы в качестве поверителя и должны быть ознакомлены с руководством по эксплуатации прибора СНЖА.412152.001 -02 РЭ.

Все работы с источниками ионизирующего излучения следует проводить в соответствии с требованиями безопасности, установленными: «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99», «Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 СанПиН 2.6.1.2523-09», РД 153 – 34.0 – 03.150 – 00 «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ «РМ – 016 – 2001», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Минэнерго России № 6 от 13.01.03.

4.5 Проведение поверки

4.5.1 Внешний осмотр

4.5.1.1 При осмотре внешнего состояния прибора следует убедиться в отсутствии сколов и трещин на корпусе прибора, в четкости надписей у органов управления, а также в целостности защитной сетки и тонкого входного окна детектора.

4.5.2 Опробование

4.5.2.1 При опробовании прибора необходимо проверить в соответствии с руководством по эксплуатации действие органов управления и проверить работоспособность прибора.

4.5.2.2 Проверку работоспособности прибора не укомплектованного контрольным источником проводят по разделу 2 СНЖА.412152.001 -02РЭ.

Если полученное значение мощности дозы измеренное в нормальных условиях, находится в диапазоне от 0,1 до 0,3 мкЗв/ч, то прибор пригоден к работе. В противном случае он подлежит дополнительной проверке или ремонту с последующей поверкой.

4.5.2.3 Проверку работоспособности прибора, укомплектованного контрольным источником проводят в следующем порядке:

- откройте рабочую поверхность детектора, открутив 4 винта компенсирующего экрана (см. Рис. 1);

- включите прибор в режим «**БЕТА**» и расположите его в зоне предстоящих измерений;

- при достижении статистической погрешности в пределах $\pm 10\%$, зарегистрируйте фоновые показания прибора с открытым детектором $\Phi_{\text{ф}}$, в минутах в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;

- поместите контрольный источник на рабочем столе надписью вверх;

- положите прибор на контрольный источник так, чтобы контрольный источник находился в углублении под входным окном детектора;

- при достижении статистической погрешности в пределах $\pm 3\%$, зарегистрируйте суммарные показания прибора от контрольного источника вместе с фоном, $\Phi_{\text{к+ф}}$, в минутах в минус первой степени на сантиметр в минус второй степени;

- извлеките источник и поместите его на штатное место хранения;

- вычислите значение интенсивности счета от контрольного источника, $\Phi_{\text{к}}$, $\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$, по формуле

$$\Phi_{\text{к}} = \Phi_{\text{к+ф}} - \Phi_{\text{ф}} \quad (3)$$

- вычислите погрешность δ_{β} , %, измерения показаний прибора от контрольного источника по формуле

$$\delta_{\beta} = \left| \frac{\Phi_{\text{к}} - \Phi_{\text{ко}}}{\Phi_{\text{ко}}} \right| \cdot 100 \quad (4)$$

Проверку неизменности чувствительности прибора в режиме «**ГАММА**» проводят в следующем порядке:

- откройте рабочую поверхность детектора, открутив 4 винта компенсирующего экрана (см. Рис. 1);

- включите прибор, установите режим «**ГАММА**» и расположите прибор в зоне предстоящих измерений;

- при достижении статистической погрешности менее $\pm 10\%$, зарегистрируйте фоновые показания прибора с открытым детектором $\dot{N}_{\text{ф}\gamma}$, в микрозивертах в час;

- зарегистрируйте результат измерения мощности дозы от контрольного источника

- вместе с фоном $\dot{N}_{\text{к}\gamma+\text{ф}\gamma}$, при достижении статистической погрешности менее $\pm 3\%$;

- вычислите значение мощности дозы от контрольного источника $\dot{N}_{к\gamma}$, мкЗв/ч, по формуле

$$\dot{N}_{к\gamma} = \dot{N}_{к\gamma+\phi\gamma} - \dot{N}_{\phi\gamma} \quad (5)$$

- вычислите погрешность δ_{γ} , %, измерения показаний прибора от контрольного источника по формуле

$$\delta_{\gamma} = \left| \frac{\dot{N}_{к\gamma} - \dot{N}_{к\phi\gamma}}{\dot{N}_{к\phi\gamma}} \right| 100, \quad (6)$$

где $\dot{N}_{к\phi\gamma}$ – мощность дозы от контрольного источника записанная в свидетельстве о поверке, мкЗв/ч;

- уберите контрольный источник и поместите его на штатное место хранения.

Если полученные значения δ_{β} и δ_{γ} не превышает 20 % от указанного значения в свидетельстве о поверке, то прибор пригоден к работе. В противном случае он подлежит дополнительной проверке или ремонту с последующей поверкой.

4.6 Определение основной относительной погрешности

4.6.1 Периодическая поверка заключается в определении основной относительной погрешности прибора при определенных уровнях измеряемых величин в режиме измерения мощности дозы и, плотности потока бета- частиц.

Все измерения одного вида должны проводиться не менее пяти раз и по их результатам должно определяться среднее значение измеряемой величины.

При проведении поверки фиксируйте информацию об измеряемых величинах с поверяемого прибора при статистической погрешности в пределах ± 3 %, для обеспечения величины основной относительной погрешности прибора указанной в настоящем руководстве по эксплуатации.

4.6.2 При первичной поверке, а также при поверке после ремонта, связанного с заменой счетчика «БЕТА-1», определяется уровень собственного фона. Определение уровня собственного фона проводят при размещении прибора в свинцовой защите с толщиной стенок не менее 100 мм, в режимах «БЕТА» и «ГАММА».

4.6.3 Определение основной относительной погрешности прибора по гамма- излучению проводится в режиме измерения мощности дозы по методикам МИ 1788-87 на поверочных гамма- установках с источниками ^{137}Cs при трёх значениях мощности дозы, составляющих 0,1; 0,5; 0,8 соответственно от значения верхнего предела диапазона измерений.

Поверка в режиме измерения дозы не проводится. Соответствие основной относительной погрешности прибора в режиме измерения дозы, обеспечивается поверкой в режиме измерения мощности дозы и схемными решениями прибора.

4.6.4 Определение основной относительной погрешности прибора по бета- излучению проводится в режиме «БЕТА», по методикам ГОСТ 8.040-84 по образцовому источнику $^{90}\text{Sr}+^{90}\text{Y}$ типа 4СО133.

4.6.5 Оформление результатов поверки осуществляется следующим образом.

4.6.5.1 На прибор, прошедший поверку, оформляется свидетельство о поверке.

Срок действия свидетельства о поверке:

- 2 года, при отсутствии контрольного источника в комплекте поставки прибора;

- 3 года, при наличии контрольного источника в комплекте поставки прибора (в свидетельстве о поверке дополнительно вносятся значения показаний от контрольного источника в режимах «БЕТА» и «ГАММА» с открытым окном счётчика).

4.6.5.2 Прибор, не прошедший поверку, подлежит регулированию или ремонту с последующим представлением на поверку. При невозможности отремонтировать прибор, на него выдаётся свидетельство о непригодности.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

5.1 Транспортирование

Наименование	Обозначение	Количество, шт.
1 Дозиметр-радиометр МКС – 01СА1	СНЖА.412152.001-02	1
2 Элемент питания типа АА“DURACELL”	LR6	2
3 Контрольный источник*	-	1
4 Руководство по эксплуатации	СНЖА.412152.001 -02 РЭ	1
5 Свидетельство о поверке	-	1
6 Коробка упаковочная	-	1
7 Блок питания (адаптер)*	АС – 220 – S – 5 – 500	1
8 Кабель соединительный, 1,8 м*	USB2.0 A/mini B 5P	1
* Поставка изделия выполняется по дополнительному требованию Потребителя		

6.2 Сроки службы, хранения и гарантийные обязательства

6.2.1 Средний срок сохраняемости прибора 6 лет.

6.2.2 Средний срок службы прибора 10 лет.

По истечении указанного срока возможно дальнейшее использование прибора после капитального ремонта, выполняемого предприятием-изготовителем (далее Изготовитель).

Адрес Изготовителя указан в п. 6.5 (Свидетельство о приемке).

6.2.3 Изготовитель гарантирует работоспособность прибора в течение среднего срока службы при соблюдении Потребителем правил использования по назначению, транспортирования и хранения, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения прибора 6 месяцев с момента приемки прибора (см. «Свидетельство о приёмке»).

Гарантийный срок эксплуатации прибора 24 месяца со дня первичной поверки (при поставке приборов Потребителю непосредственно от Изготовителя) или со дня приобретения (при продаже покупателю через торговую сеть).

Гарантийный срок прибора продлевается на время от подачи рекламации до введения прибора в эксплуатацию.

ВНИМАНИЕ! ПРЕТЕНЗИИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НЕБРЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРИБОРОМ, ВЫЗВАВШЕМ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВХОДНОГО ОКНА ДЕТЕКТОРА, ИНДИКАТОРА, КОРПУСА, ПРИ ОТСУТСТВИИ ИЛИ НАРУШЕНИИ ПЛОМБ ПРИБОРА.

6.3 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов

6.3.1 В комплектующих изделиях на печатной плате не содержатся драгоценные материалы и цветные металлы.

6.4 Утилизация

6.4.1 После списания Потребителем приборов, непригодных к дальнейшей эксплуатации, необходимо выполнить следующие работы:

- по окончании среднего срока службы приборов источники, входящие в комплект поставки, не пригодные для дальнейшего использования, должны рассматриваться как радиоактивные отходы, списываться и, по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора, сдаваться на захоронение (например, в региональные отделения или спецкомбинаты НПО «Радон» или других уполномоченных организаций);

- копия о приемке источников на захоронение передается в органы Госсанэпиднадзора и в органы внутренних дел;

- для утилизации прибора специальных требований не предусматривается. Утилизация прибора осуществляется по правилам принятым (предусмотренным) на предприятии-потребителе.

6.5 Свидетельство о приемке

6.5.1 Дозиметр-радиометр МКС – 01СА1 заводской номер _____
изготовлен и принят согласно техническим условиям ТУ 4362-001-42741182-2008
(СНЖА.412152.001 ТУ) и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приёмку

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Руководитель предприятия

(подпись)

Вонсовский Н.Н.

М.П.

Заполняется торгующей организацией:

Дата продажи _____ Продавец _____

Адрес Изготовителя:

123060 г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр.1

ООО «СНИИП-АУНИС»,

тел./факс (499)198 97 91

www.aunis.ru

E-mail: info@aunis.ru

Перечень аккредитованных организаций РФ, осуществляющих
поверку дозиметрической и радиометрической аппаратуры

1. ФГУП «ВНИИФТРИ» 141570, п/о Менделеево, Московской обл,
Солнечногорский р-н. Тел. (495) 535-24-01.
2. Центральное отделение ФГУ "Менделеевский ЦСМ" 141570,
п/о Менделеево, Моск.обл., Солнечногорский р-н, тел/факс (495)744-81-24.
3. Новороссийский филиал ФГУ Краснодарский ЦСМ 353900,
г.Новороссийск, Краснодарский край, ул. Революции 1905г., 14.
4. Сызранский филиал ФГУ Самарский ЦСМ
446012, г. Сызрань, Самарская обл., ул. Новосибирская, 41.
5. ФГУ Архангельский ЦСМ 163060, г.Архангельск, ул.Шабалина, 3.
Тел. (8182) 20-35-77.
6. ФГУ Брянский ЦСМ 241030, г.Брянск, ул.Ново-Советская, 82.
Тел. (4832) 52-50-65.
7. ФГУ Волгоградский ЦСМ 400081, г.Волгоград, ул.Бурейская, 6.
Тел. (8442) 37-04-29.
8. ФГУ Вологодский ЦСМ 160004, г.Вологда, ул.Ленинградская, 70а.
Тел. (8172) 51-17-18.
9. ФГУ Воронежский ЦСМ 394018, г.Воронеж, ул.Станкевича, 2.
Тел. (4732) 20-77-29.
10. ФГУ Иркутский ЦСМ 664011, г.Иркутск, ул.Чехова, 8. Тел. (3952) 24-26-33.
11. ФГУ Карельский ЦСМ 185005, г.Петрозаводск, ул.Володарского, 5.
Тел. (8142) 57-71-12.
12. ФГУ Кировский ЦСМ 610035, г.Киров, ул.Попова, 9. Тел. (8332) 63-08-06.
13. ФГУ Курский ЦСМ 305029, г.Курск, Южный пер., ба. Тел. (47122) 2-23-76.
14. ФГУ Липецкий ЦСМ 398017, г.Липецк, ул.Гришина, 9а.
Тел. (4742) 43-12-82.
15. ФГУ Мурманский ЦСМ 183001, г.Мурманск, ул.Фестивальная, 25.
Тел. (8152) 47-23-56.
16. ФГУ Нижегородский ЦСМ 603950, г.Нижний Новгород
ул.Республиканская, 1. Тел. (8312) 35-52-27.
17. ФГУ Омский ЦСМ 644069, г.Омск, ул.24-я Северная, 177а.
Тел. (3812) 68-07-99.
18. ФГУ Орловский ЦСМ 302001, г.Орёл, ул.Красина, 18а.
Тел. (4862) 43-47-30.

19. ФГУ Пермский ЦСМ 614068, г.Пермь, ул.Борчанинова, 85.
Тел. (3422) 36-31-00.
20. ФГУ Приморский ЦСМ 690600, г.Владивосток, ул.Прапорщика
Комарова,54. Тел. (4232) 40-27-23.
21. ФГУ Рязанский ЦСМ 390011, г.Рязань, Старообрядческий проезд, 5.
Тел. (4912) 44-55-84.
22. ФГУ Сахалинский ЦСМ 693010, г.Южно-Сахалинск, пр-т Победы 5 "А".
Тел. (4242) 42-21-77.
23. ФГУ ТЕСТ-С.Петербург 198103, г.Санкт-Петербург, ул.Курляндская, 1.
Тел. (812) 251-39-50.
24. ФГУ Томский ЦСМ 634012, г.Томск, ул.Косарева, 17а.
Тел. (3822) 55-44-44.
25. ФГУ Тульский ЦСМ 300028, г.Тула, ул.Болдина, 91. Тел. (4872) 24-70-00.
- 26 ФГУ УРАЛТЕСТ 620219, г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 2а.
Тел. (3433) 50-25-83.
27. ФГУ ЦСМ Республики Башкортостан 450006, г.Уфа, Республика
Башкортостан, б-р. им.Ибрагимова, 55/59. Тел. (3472) 76-78-74.
28. ФГУ Якутский ЦСМ 677027, г.Якутск, Респ. Саха (Якутия), ул.Кирова, 26.
Тел. (4112) 43-39-02.
29. ФГУ Ярославский ЦСМ 150000, г.Ярославль, ГСП, ул.Гагарина, 57.
Тел. (4852) 30-62-00.
30. ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева 198005, г.Санкт-Петербург,
Московский пр. 19. Тел. (812) 251-76-01.
31. ФГУП Государственный научно-технический центр метрологии систем экологиче-
ского контроля "Инверсия" 107031, г. Москва, ул. Рождественка, 27. Тел. (495) 208-45-56.
32. АНО "НЦСМ - НОВОТЕСТ" 173023, г.Великий Новгород,
пр.А.Корсунова, 28-А. Тел. (8162) 65-09-00.

